



ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR) ร่างเอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2562

การซื้อครุภัณฑ์เครื่อง

Inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-OES)

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะได้ภายใน 5 วัน ทำการ นับจากวันที่ประกาศพร้อมแนบทลักษณะแสดงตัวตน และช่องทางติดต่อ พร้อมเอกสารที่ ssittichotpong@gmail.com หรือที่เบอร์ 02-940-6881 ถึง 3 ต่อ 162 ถึง 163 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาคำพิจารณ์ที่ผู้ร้องไม่ได้แสดงตน หรือมีข้อมูลไม่ครบถ้วนขาดเอกสารรองรับ



ประกาศ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่/2562

เรื่อง ประการราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-OES) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกรราคา

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์จะประกรราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-OES) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกรราคา ราคากลางในการประกรราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,600,000 บาท (สี่ล้านหกแสนบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. เป็นบุคคลธรรมด้าหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกรราคาซื้อด้วยวิธีประกรราคา ครุภัณฑ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าว
7. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่บริษัทห้องปฏิบัติการ กลาง (ประเทศไทย) ณ วันประกาศประกรราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมในการประกรราคาครั้งนี้
8. ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลได้ เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ 'ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นว่า่น'
9. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 'ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด'

10. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีผู้ปฏิบัติงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ว่าจะ ในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิควบคุมการจัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษา ยกเว้นในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการจากบริษัทให้ไปปฏิบัติงานหรือ เข้าร่วมในกิจกรรมของผู้ประ伤ค์จะเสนอราคา

กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาวันที่.....เวลา.....

ณ ห้องประชุม 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรมและการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคा เลขที่ 3/2562 ได้ที่ ส่วนจัดซื้อและพัสดุ อาคารสำนักงาน ใหญ่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่..... หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2940-6881 ถึง 3 ต่อ 162 ถึง 163 ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่.....

(.....)

กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด



เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 3/2562

การซื้อครุภัณฑ์เครื่อง

Inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-OES) ตามประกาศ

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ที่/2562

ลงวันที่.....

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ Inductively coupled plasma optical emission spectrometer
(ICP-OES) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่
เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

1.2 แบบใบเสนอราคา

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย

1.4 แบบหนังสือคำประกัน

(1) หลักประกันของ

(2) หลักประกันสัญญา

1.5 บทนิยาม

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่ำแย่เป็นธรรม

1.6 แบบบัญชีเอกสาร

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชข้อมูลที่ทางบัญชีผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

2.6 เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาซึ่งด้วยวิธีประมวลราคาดังกล่าว

2.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) ณ วันประมวลประมวลราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาครั้งนี้

2.8 ไม่เป็นผู้ได้สิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลได้ เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันเข่นวันนั้น

2.9 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อุย្ញในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่มีผู้ปฏิบัติงานของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ว่าจะในฐานะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิควบคุมการจัดการ กรรมการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษา ยกเว้นในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการจากบริษัทให้ไปปฏิบัติงาน หรือเข้าร่วมในกิจการของผู้ประสมคงเสนอราคา

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(4) เอกสารอื่น ๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปถ่ายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(2) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออมชอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบทันงสือมอบอำนาจซึ่งปฏิการแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมสำเนาหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคามาแบบในข้อ 1.6 (2)

4. การยื่นของประกวดราคา

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคากลางๆ เนื่องจากเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขาดลบหรือแก้ไข หากมีการ ขาด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาร่วมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

4.2 ผู้เสนอราคากำต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.3 ผู้เสนอราคากำต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปถ่ายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่ประกวดราคา ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังกล่าวนี้บริษัทจะยึดไว้เป็นเอกสารของบริษัท

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอตู้ันฉบับ แคตตาล็อก ผู้เสนอราคากำต้องนำต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบ ภายใน 7 วัน

4.4 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อผู้เสนอราคาวารตราชูร่วงสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ

4.5 ผู้เสนอราคากำต้องยื่นของประกวดราคาที่ปิดผนึกของเรียบร้อย จ่าหน้าซอง กึ่งประชานคณะกรรมการรับและเปิดของประกวดราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคามาเอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/2562 ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดของประกวดราคา

ในวันที่.....ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรม
และการประชุม บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อพ้นกำหนดเวลาอีกสารประกอบราคาแล้ว จะไม่รับของประมวลราคาและเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการรับและเปิดของประมวลราคาจะต้องเปิดของประมวลราคา
ในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประมวลราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคาระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2)
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคากลับ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประมวลราคา กระบวนการเสนอราคาประับ
ซึ่งขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการพิจารณาผลประมวล
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคางับประหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
และเมื่อแก้ไขขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคายังคงต่อไป หากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคายังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคากลับ
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลประมวลราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคายังไม่
แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลประมวลราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคากลับ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคากลับ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคากลับทราบที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการพิจารณาผลประมวลราคาส่วนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ
ระหว่างการประมวลราคา เพื่อให้การประมวลราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

4.6 ผู้เสนอราคานี้เข้าเสนอราคากลับด้วยดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคา

(2) ราคานี้จะต้องเป็นราคาร่วมกันมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินฯ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(3) ห้ามผู้เสนอราคากลับเสนอราคากลับและเมื่อการประมวลราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง^{ยืนยันราคานี้} ยืนยันราคานี้ แล้วราคานี้ยืนยันจะต้องตรงกับราคานี้เสนอห้องสุด

(4) ผู้เสนอราคากลับต้องเสนอกำหนดยืนยันราคานี้อย่างน้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคากลับ^{สุดท้าย} โดยภายในกำหนดยืนยันราคากลับต้องรับผิดชอบราคานี้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคากลับได้

5. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคากลับต้องวางแผนหลักประกันของพร้อมกับการยืนยันของประมวลราคาร้อยละ 5 ของราคาน้ำหนัก
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่บริษัท โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยืนยันของข้อเสนอทางด้านเทคนิค^{หรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน 3 วันทำการของบริษัท}

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ในข้อ 1.4 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งไว้ในข้อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

5.5 พันธบตรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ บริษัทจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาผลการประมวลราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีค่าตอบแทน

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประมวลราคา บริษัทจะพิจารณาตัดสินด้วยราครวมต่อชุด

6.2 หากผู้เสนอราคายที่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมวลราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการพิจารณาผลประมวลราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคานั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมวลราคา ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เนื่องในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเท่านั้น

6.3 บริษัทสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในการดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมวลราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารประழลของบริษัท

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมด้า หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาก่อนหน้า อย่างใด หรือทั้งหมดไม่ใบเสนอราคา

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กำหนดในเอกสารประมวลราคาซึ่งที่ เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

(4) ราคานี้เสนอมาพร้อมกับ ตกล เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

6.4 ในการตัดสินการประมวลราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลประมวลราคา หรือบริษัทมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 บริษัททรงไว้ว่างสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้งบราคายัง หรืออาจจะยกเลิกการประมวลราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของบริษัทเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณายกเลิกการประมวลราคา ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคแทน เป็นต้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมวลราคาว่า ผู้เสนอราคายังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคายังมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคายังกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 บริษัทมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคายังมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ซื้นและการประมวลราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา บริษัทอาจจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ซื้นและการประมวลราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือบริษัทเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ซื้นของการประมวลราคายังต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับบริษัทภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญายังจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของราคางานที่ประมวลราคายัง ให้บริษัทยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่บริษัทโดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของบริษัท

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2)

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนขึ้นให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2)

(5) พันธบัตรธูบลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน ของราคاضุดที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

9.1 ผู้ชนะการประการราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบเครื่องเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายต้องรับเข้ามาดำเนินการภาย ในระยะเวลา 3 วันนับจากวันที่แจ้ง

9.2 ผู้ชนะการประการราคา รับประกันว่าสามารถหาอุ่่หล่ำทดแทนอุ่่หล่ำที่ชำรุดได้ไม่ต่ำกว่า 12 ปี นับจากวันที่ติดตั้งเสร็จ

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2561

10.2 เมื่อบริษัทได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประการราคาแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ ต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งบริษัทได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้เวลาที่บริษัทกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 บริษัทจะรับหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ค้ำประกันของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

10.4 บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็น ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

10.5 บริษัทอาจจะประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทไม่ได้

(1) บริษัทไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(3) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่.....



บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องวิเคราะห์habปริมาณธาตุ และโลหะด้วยเทคนิค ICP-OES จำนวน 1 ชุด

1. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เป็นเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์ habปริมาณธาตุและโลหะได้ในน้อยกว่า 70 นาที โดยอาศัยหลักการวัดค่าการรายคลื่นแสงที่เกิดขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน (True Simultaneous Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer) ซึ่งทำงานร่วมกับระบบควบคุม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้วิเคราะห์เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. รายละเอียดระบบ Spectrometer

- 2.1 ระบบการแยกแสง (Optical System) เป็นชนิดเป็น Truly Simultaneous แบบ Echelle Spectrometer ครอบคลุมช่วงความยาวคลื่นตั้งแต่ 167-782 นาโนเมตร หรือกว้างกว่า
- 2.2 ระบบมุมมองของพลาสma (Plasma viewing) แบบ Dual view โดยสามารถวิเคราะห์ทั้ง Radial view และ Axial view ได้พร้อมกันใน Method เดียวกัน
- 2.3 สามารถปรับตำแหน่งการมองพลาสmaเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในแนว Radial View และแนว Axial View "ได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์"
- 2.4 ระบบตรวจวัดสัญญาณ (Detector) เป็นแบบ Segmented-array Charge-coupled Device (SCD) หรือแบบ Charge Coupled Device (CCD)

2.5 คบพลาสma (Torch) อยู่ในแนวตั้ง สามารถรองรับตัวอย่างที่มี Total dissolved solid (TDS) "ได้ในน้อยกว่า 5 เปอร์เซนต์หรือดีกว่า"

3. รายละเอียดระบบการจุดและควบคุมพลาสma

- 3.1 แหล่งกำเนิดคลื่นความถี่วิทยุ (RF Generator) เป็นแบบความถี่ 27 หรือ 40 MHz ชนิด Free-Running สามารถปรับพลังงาน (RF power) "ได้ในช่วง 1000 ถึง 1,500 วัตต์ หรือกว้างกว่า"
- 3.2 มีระบบควบคุมความปลดภัย โดยแสดงสถานะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หากมีระบบไดรรับบทการทำงานผิดปกติ พลาสมากจะดับโดยอัตโนมัติ
- 3.3 ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling System) ระบบนำ้มุนเวียนไม่ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากภายนอก พร้อมหน้าจอแสดงอุณหภูมิและความดันเป็นตัวเลข
- 3.4 ระบบพลาสmaและเทคโนโลยี แบบ Flat Plate Plasma Technology หรือ Helix Coli ที่มีเสถียรภาพสูงและสามารถทนต่อสภาพตัวอย่างต่างๆได้เป็นอย่างดี
- 3.5 มีระบบกำจัดส่วนปลายของพลาสma (Cooler Plasma) เพื่อเพิ่มช่วงการวิเคราะห์ และลดการรบกวน และง่ายต่อการบำรุงรักษา
- 3.6 ระบบควบคุมการไหลของแก๊ส (Gas Flow Controls)
 - 3.6.1 ระบบควบคุมการไหลของแก๊สอาร์กอน สามารถปรับอัตราการไหลได้จากคอมพิวเตอร์
 - 3.6.2 Plasma Argon สามารถปรับอัตราการไหลในช่วง 8-17 ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า
 - 3.6.3 Auxiliary Argon สามารถปรับอัตราการไหลในช่วง 0-2.0 ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า



- 3.7 Nebulizer เป็นแบบ Mass flow control สามารถปรับอัตราการไหลในช่วง 0-2.0 ลิตรต่อนาที หรือกว้างกว่า
- 3.8 ชุดคบพลาสma (Torch) และชุดนำส่งตัวอย่างสามารถถอดทำความสะอาดได้ง่าย (Demountable Torch)
โดย คบพลาสma (Torch) ทำจากควอทซ์ (Quartz)
- 3.9 มีความสามารถในการแยกแสงชัดเจน (Resolution) 0.007 นาโนเมตร หรือละเอียดกว่า
- 3.10 มีระบบดูดสารตัวอย่างด้วย Peristaltic pump แบบ 12 Roller สามารถควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
มี ช่องสำหรับดูดสารละลายได้ไม่น้อยกว่า 4 channel
- 3.11 มีระบบของพลาสmaแบบแนวตั้ง (Radial view) และระบบของพลาสmaแบบแนวอน (Axial view)

4. รายละเอียดอุปกรณ์ป้อนสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Autosampler)

- เป็นเครื่องป้อนสารตัวอย่างอัตโนมัติ ที่ใช้ต่อเข้ากับเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะ (ICP-OES)
ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
- 4.1 สามารถควบคุมอัตราการไหลของสารตัวอย่างจากโปรแกรมหลักเดียวกันกับเครื่องมือวิเคราะห์หาราดุโลหะ
 - 4.2 มีถ้วยบรรจุตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ได้ไม่น้อยกว่า 150 ตัวอย่าง เมื่อใช้กับภาชนะบรรจุตัวอย่าง (Sample vessel) ขนาดไม่น้อยกว่า 15 มิลลิลิตร
 - 4.3 มีระบบ rinse ชนิด Dual flow ในการดูดสารละลายล้าง เพื่อช่วยในการลดการเกิด carry over ในกรณีตัวอย่างมีความเข้มข้นแตกต่างกัน
 - 4.4 มีระบบการจีอ้างตัวอย่างได้โดยระบบอัตโนมัติโดยสามารถจีอ้างตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 25 เท่า
 - 4.5 สามารถเตรียมสารละลาย Internal standard ได้แบบอัตโนมัติ

5. ระบบควบคุมการทำงานและประมวลผล

- 5.1 มีซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงานของเครื่องมือ และสามารถ แปลงผลการวิเคราะห์ในโปรแกรม Excel พร้อม ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
- 5.2 สามารถควบคุมการจุดพลาสma ปรับอัตราการไหลของอาร์กอน RF power ความเร็วของ Peristaltic pump และตำแหน่งการมองพลาสmaได้
- 5.3 สามารถแสดงผลในลักษณะที่เป็น Real-Time ได้ เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์
- 5.4 สามารถเก็บข้อมูลของผลการวิเคราะห์และเรียกกลับมาประมวลใหม่ได้โดยไม่ต้องทำการวิเคราะห์ใหม่

6. อุปกรณ์ประกอบ

- | | |
|--|-------------|
| 6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล | จำนวน 1 ชุด |
| 6.1.1 ระบบประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Core i5 ความเร็ว 3.0 GHz หรือดีกว่า | |
| 6.1.2 หน่วยความจำ (RAM) ขนาด 4 GB, Hard Disk ขนาด 500.0 GB หรือมากกว่า | |
| 6.1.3 DVD-RW, จอภาพสี ขนาด ไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว แบบ LED, Mouse และ Keyboard | |
| 6.1.4 มีระบบปฏิบัติการ Windows 10 | |
| 6.2 เครื่องพิมพ์ผลชนิด Laser Printer พร้อมหมึกสำรอง | |
| 6.3 โต๊ะและเก้าอี้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ | จำนวน 1 ชุด |
| 6.4 โต๊ะสำหรับวางเครื่อง ICP-OES | จำนวน 1 ตัว |
| 6.5 แก๊สอาร์กอน 99.995 % พร้อมถัง | จำนวน 2 ชุด |

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.



- | | |
|--|--------------|
| 6.6 ชุดหัวปรับความดันสำหรับแก๊สอาร์กอน | จำนวน 2 ชุด |
| 6.7 แก๊สไนโตรเจน 99.995 % พร้อมถัง | จำนวน 1 ชุด |
| 6.8 ชุดหัวปรับความดัน สำหรับแก๊สไนโตรเจน | จำนวน 1 ชุด |
| 6.9 ระบบระบายอากาศเสีย (Exhaust Hood System) ทำด้วยสแตนเลสพร้อมติดตั้ง | จำนวน 1 ชุด |
| 6.10 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA | จำนวน 1 ชุด |
| 6.11 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 500 VA | จำนวน 1 ชุด |
| 6.12 ท่อคุณภาพตัวอย่าง | จำนวน 3 แพ็ค |
| 6.13 ชุดวิเคราะห์โดยเทคนิค Hydride generation สำหรับวิเคราะห์ธาตุ As, Hg และ Se | จำนวน 1 ชุด |
| 6.14 สารละลายน้ำที่ร้อนผงไหม 20 ชาตุ | จำนวน 2 ขวด |
| 6.15 สารประกอบ Sodium Borohydride | จำนวน 1 ขวด |
| 6.16 ชุดฉีดพ่นสารตัวอย่างชนิดแก้ว แบบ Concentric Nebulizer | จำนวน 2 ชุด |
| 6.17 ชุดฉีดพ่นสารตัวอย่างชนิดทนกรดไฮโดรฟลูออริก แบบ Cross Flow Nebulizer | จำนวน 2 ชุด |
| 6.18 ชุดฉีดพ่นสารตัวอย่างชนิดทนกรดไฮโดรฟลูออริก แบบ Mira mist Nebulizer | จำนวน 1 ชุด |
| 6.19 ชุดแยกละของสารตัวอย่างชนิดแก้ว แบบ Cyclonic Type | จำนวน 2 ชุด |
| 6.20 ชุดแยกละของสารตัวอย่างชนิดทนกรดไฮโดรฟลูออริก แบบ Scott Type | จำนวน 2 ชุด |
| 7. ตัวเครื่องผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 | |
| 8. บริษัทผู้ขายจะต้องเดินระบบไฟฟ้าให้สำหรับใช้งานกับเครื่องฯ ให้พร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดี | |
| 9. บริษัทผู้ขายจะทำการติดตั้ง และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี | |
| 10. รับประกันการทำงานของเครื่องเป็นเวลา 2 ปี พร้อมทำการซ่อมบำรุงเครื่อง จำนวน 2 ครั้งต่อปี ในระหว่างปีรับประกัน | |
| 11. ทำการซ่อมบำรุง ไม่รวมอะไหล่ และ (PM Kit) เป็นระยะเวลา 3 ปี จำนวน 2 ครั้งต่อปี หลังจากหมดระยะเวลาประกัน | |
| 12. หากมีการแจ้งซ่อมสามารถเข้ามาดำเนินการภายในระยะเวลา 3 วันนับจากวันที่แจ้ง | |
| 13. มีคู่มือการใช้งานและการรักษาเครื่องทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอย่างน้อยอย่างละ 1 ชุด | |
| 14. กำหนดส่งมอบเครื่อง 90 วัน หลังจากลงนามสัญญาซื้อขาย | |

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและร่างเอกสาร

(นายนพพร ไชยเวช)

ประธานกรรมการ

(นางสาวสิริชชา ปาลสุตร)

กรรมการ

สุจันต์ ลือทอง

(นางสาวสุขานรี จือดما)

กรรมการและเลขานุการ